安特检测
ANTE TESTING

正本

检 测 报 告

报告编号：RH20240101134

项目名称：总排口自动监测比对检测

委托单位：山东万达化工有限公司

注意事项

1、报告无“山东安特检测有限公司检验检测专用章”,未加盖骑缝章无效。

2、报告涂改无效，报告无编制、审核、授权签字人签字无效

3、委托报告未加盖“山东安特检测有限公司检验检测专用章”无效。

4、若检测委托方对本报告有异议，须在收到报告15日内以书面形式提出复

据负责，不对

品来源负责，检测条件和环境变化大的样品，不予保存和复

现的样品，本

公司仅对本次所采样品的检测数据负责。

6、未经本公司书面批准,本报告及数据不得用于商业宣传,违

者必究。

7、未加盖

联系电话：0543-2825892


邮政编码：256500

传真：0543-

报告编号：[redacted]PH20240101134

山东安特检测有限公司

检 测 报 告



山东安特检测有限公司

检测报告

1.3 《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等）运行技术规范》HJ 353-2019

1.4 《水污染源在线监测系统（COD

HJ 354-2019

3.工况

比对监测过程中，企业生产正常，污水处理设备正常运行。

4. 监测结果

山东安特检测有限公司

检 测 报 告

表 4-1 废水（CODcr）自动监测设备比对监测结果

排污企业名称	山东东迈化工有限公司	现场监测日期	2024.03.27
测点名称	总排口	分析日期	2023.03.27
工况	95%	样品类型	废水
测试项目	CODcr	自动仪器现场测定量范围	10~1000 mg/L

样品编号	仪器测试时间	自动仪器测定值（mg/L）	标准样品浓度（mg/L））	绝对误差（mg/L	标准限值（mg/L）	结果评定
H20240101134-05	13:15	22.656	25	-2.344	±5	合格
H20240101134-06	14:04	22.135		-2.865	±5	合格
备注	CODcr＜30 mg/L 时					

比对结果	合格
参比方法	化学需氧量（CODcr）：水质 化学需氧量的测定 重
备注	/

山东安特检测有限公司

报告编号：RH2024010113

山东宝恒检测科技有限公司

检 测 报 告

